

## ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน)

๑. ข้าพเจ้า บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด อาคาร บริษัท

บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด เลขที่ ๖/๕๓๔-๕๓๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๕๐๕๖๐๗๖๘ โดย นางสาวศาวิตร์ คงจินดา ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding

ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล	-	-	๓ เตียง	๕,๒๗๘,๕๐๐.๐๐	๙๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๕,๒๗๘,๕๐๐.๐๐	

(ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ผู้ซื้อประกาศกำหนดสำหรับประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้าพเจ้ารับรองที่จะ  
 ๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายเชิงพาณิชย์เอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding. กับ ภัทรภัตกร ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕

ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ จังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด



ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง  
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ  
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล  
หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด  
ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
๒๕๖๔  
เสนอมา ณ วันที่

( นางสาวศาวิตร์ คงจินดา  
)  
ผู้รับมอบอำนาจ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6402160033787  
รหัสอ้างอิง OTP BgGS  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๕๕๔๑๐๐๒๔๒๖



Shuyi

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล  
MODEL: OPERON D820

1. ความต้องการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมอุปกรณ์ สามารถจัดทำทำการผ่าตัดได้สะดวก โดยใช้ระบบไฟฟ้า AC. หรือไฟจากแบตเตอรี่สำรอง DC. พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเตียงสำหรับทำการผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล (Remote Control) แบบมีสาย และรองรับด้วยระบบ MANUAL FOOT PUMP พื้นเตียงทำจากวัสดุที่สามารถเอกซเรย์ผ่านได้ (PHENOL) หรือดีกว่า
3. คุณลักษณะทั่วไป
  - 3.1. เป็นเตียงผ่าตัดที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานโดยใช้ไฟ AC.220V, 50Hz หรือไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ DC. ในการปรับท่าต่างๆ ของเตียง
  - 3.2. ขนาดของตัวเตียงมีความยาว 2,124 มิลลิเมตร ความกว้าง 534 มิลลิเมตร (รวมราวข้างเตียงกว้าง 587 มิลลิเมตร) น้ำหนักเตียง 305 กิโลกรัม
4. คุณลักษณะเฉพาะ
  - 4.1. เตียงผ่าตัดสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกและสามารถล็อกล้อให้หยุดนิ่งได้โดยมีเสาเหล็กลงมารองรับน้ำหนักเตียงแทนที่ล้อล็อกทั้ง 4 ล้อ (HYDRAULIC FLOOR LOCK) และสามารถปรับระดับโดยอัตโนมัติในกรณีที่พื้นห้องผ่าตัดไม่เรียบเสมอกัน ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
  - 4.2. ฝาครอบฐานเตียงทำจาก Reinforced fiber plastics/ABS polymer เสาเตียง(คอลัมน์) ทำจาก STAINLESS STEEL คุณภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดสนิม ปิดมิดชิดไม่มีช่องโหว่ สะดวกในการทำความสะอาดให้ปลอดเชื้อ
  - 4.3. พื้นเตียงทำด้วยวัสดุที่สามารถให้แสง X-Ray ผ่านได้ตลอดทั้งตัวเตียง
  - 4.4. พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนหัว, ส่วนหลัง, ส่วนสะโพก และ ส่วนขาแบบขึ้นเดียว (ซึ่งสามารถถอดแยกออกจากเสาเตียงได้ 4 ส่วน ยกเว้นส่วนรองรับสะโพก) และส่วนหัวสามารถนำมาต่อเข้ากับส่วนปลายเท้าได้
  - 4.5. ควบคุมการทำงานด้วย REMOTE CONTROL แบบมีสาย เมื่อระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของเตียงขัดข้องเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ สามารถปรับท่าต่างๆทดแทนได้ด้วยระบบเท้าเหยียบ (MANUAL FOOT PUMP) ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างฐานเตียง โดยเลือกกด POSITION ปรับท่าต่างๆตามต้องการที่รีโมทคอนโทรลสำรอง ซึ่งติดตั้งอยู่ที่เสาเตียง
  - 4.6. แบตเตอรี่ขนาด 12V/28 AH สามารถใช้งานได้สูงสุด 8 วัน
  - 4.7. มาตรฐานระบบป้องกันน้ำ IPX 4



6/534-5 หมู่ 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

6/534-5 Moo.1 Tambol Bangbuathong Amphur Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 922-6176, (662) 922-7025 Fax : (662) 594-6782

ศูนย์การบริการทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์  
คุณชัชวาลย์ วัฒนศิริกุล โทร 02-561-1111




๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ  
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

- 4.8. เตียงผ่าตัดสามารถรับน้ำหนักคนไข้ได้ 454 กิโลกรัม (กรณีสลับทัวท้ายรับน้ำหนักได้ 227 กิโลกรัม)
5. การปรับท่าต่างๆ ทำได้ดังนี้
- 5.1. การปรับท่า ด้วยรีโมทคอนโทรล
- 5.1.1. ปรับระดับสูงสุดได้ 1,075 มิลลิเมตร ต่ำสุดได้ 635 มิลลิเมตร(ไม่รวมความหนาของเบาะ)
- 5.1.2. ปรับเอียงซ้ายและขวาได้ข้างละ 20 องศา
- 5.1.3. ปรับท่าศีรษะต่ำได้ 30 องศา และท่าปลายเท้าต่ำได้ 31 องศา
- 5.1.4. ปรับส่วนรองรับแผ่นหลังขึ้นได้ 90 องศา และลงได้ 45 องศา
- 5.1.5. ปรับส่วนรองรับขาขึ้นได้ 30 องศา และลงได้ 105 องศา และถอดออกได้ (ส่วนขาแบบขึ้นเดียว)
- 5.1.6. สามารถปรับท่า Flex Position โดยกดปุ่มเดียวได้ 225 องศา
- 5.1.7. สามารถปรับท่า Chair(Reflex) ได้ 100 องศา โดยกดปุ่มเดียวเท่านั้น
- 5.1.8. สามารถปรับเลื่อนพื้นเตียงในแนวระนาบ (Slide) ไปทางศีรษะและปลายเท้าได้ 430 มิลลิเมตร
- 5.1.9. มีปุ่มพิเศษ "LEVEL"(ZERO POSITION) ปรับท่าต่างๆ ของเตียงให้กลับสู่ท่าระนาบปกติได้
- 5.1.10. สามารถปรับ Kidney ได้ 75 มิลลิเมตร
- 5.2. ส่วนรองรับศีรษะปรับขึ้นได้ 45 องศา ลงได้ 90 องศา ด้วยระบบ Manual Gas spring
- 5.3. การทำงานของรีโมทคอนโทรล เมื่อมีการปรับท่าจนถึงสุดการทำงานแล้ว (TABLE LIMIT) จะมีไฟกระพริบเตือนที่รีโมทคอนโทรล
- 5.4. เตียงผ่าตัดมีระบบล็อกล้อเตียงอัตโนมัติ กรณีที่ลิ้มล็อกเตียงผ่าตัดและมีการปรับพิสัยเตียงจากรีโมทคอนโทรล ระบบล็อกล้ออัตโนมัติจะทำงานทันทีก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนพิสัยเตียง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
- 5.5. มีระบบป้องกันการชน (Collision protection) เมื่อปรับเตียงลงต่ำและปลายขาสูงต่ำเตียงจะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายจากการชนหรือกระทบกัน

6. อุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัด

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 6.1. ANESTHESIA SCREEN WITH CLAMP        | จำนวน 1 ชุด/เตียง  |
| 6.2. ARM BOARD WITH CLAMP                | จำนวน 1 คู่/เตียง  |
| 6.3. BODY RESTRAINT STRAP                | จำนวน 1 เส้น/เตียง |
| 6.4. MULTI-TASK ARM BOARD                | จำนวน 1 ชุด/เตียง  |
| 6.5. LATERAL/SHOULDER SUPPORT WITH CLAMP | จำนวน 2 คู่/เตียง  |
| 6.6. LEG STIRRUP WITH CLAMP              | จำนวน 1 คู่/เตียง  |
| 6.7. ACCESSORIES CART                    | จำนวน 1 คัน/เตียง  |



6/534-5 หมู่1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110.

6/534-5 Moo.1 Tambol Bangbuathong Amphur Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 922-6176,(662) 922-7025 Fax : (662) 594-6782 E-mail : admin@messco.co.th, sales@messco.co.th



๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

7. เงื่อนไขเฉพาะ


- 7.1. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพและบริการเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันส่งมอบของครบเป็นต้นไป โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามกำหนดสัญญานี้บกพร่องหรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติตั้งเดิมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นถ้าระยะเวลาการซ่อมล่าช้าผู้ขายยินยอมให้ปรับวันละร้อยละ 0.20 ของราคาเครื่องหรือหาเครื่องที่สามารถใช้งานได้ตีมาใช้ในระหว่างรอซ่อม หากมีการแก้ไข 3 ครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- 7.2. ผู้ขายต้องทำการแนะนำการใช้และการบำรุงรักษาให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
- 7.3. มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
- 7.4. มีคู่มือการซ่อมและบำรุงรักษา (Service Manual) จำนวน 1 ชุด
- 7.5. ต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- 7.6. เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- 7.7. มีช่างผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต
- 7.8. ผู้ขายจะต้องติดตั้งสินค้าให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



6/534-5 หมู่ 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

6/534-5 Moo.1 Tambol Bangbuathong Amphur Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 922-6176,(662) 922-7025 Fax : (662) 594-6782 E-mail : admin@messcoltd.com,sales@messcoltd.com