




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเตียงผ้าชั้นสูตรศพ จำนวน ๒ เตียง ในวงเงินงบประมาณ ๑,๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....๒ กันยายน ๒๕๖๕.....  
เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท นิว เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด
  - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรโน เคมิคอล
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวอรรรณ คงตระกูลมั่นคง)  
นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายนิติ แต่งตาด)  
นายแพทย์ ชำนาญการ




(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)  
นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เตียงผ้าชั้นสูตรศพ

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ เป็นเตียงปฏิบัติการผ้าชั้นสูตร แบบแทนภายในประกอบด้วยกลไกสำหรับปรับเลื่อนขึ้นลงได้
- ๑.๒ มีขนาดไม่น้อยกว่าดังนี้ความกว้าง ๓๐ นิ้ว ขนาดความยาว ๑๐๐ นิ้ว
- ๑.๓ เตียงผ้าชั้นสูตรทำด้วยเหล็กกล้ากันสนิม (Stainless Steel) ชนิด ๓๐๔ มีผิวมัน ในส่วนของพื้นเตียงและอ่างน้ำ
- ๑.๔ บริเวณขอบเตียงมีลักษณะเป็นขอบมนเพื่อป้องกันอันตรายจากการกระแทก
- ๑.๕ มีจุดต่อท่อระบายไอระเหยจากสารเคมีอยู่ทางด้านล่าง โดยสามารถดูไอระเหยจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการผ่านลงสู่ด้านล่างต่อท่อดูดออกด้านนอก
- ๑.๖ ตัวเตียงสามารถปรับยกขึ้นลงได้ด้วยระบบกลไกไฟฟ้า
- ๑.๗ มีก๊อกน้ำแบบคองส์อยู่ด้านข้างของขอบอ่างน้ำด้านปลายเตียงพร้อมเบรกเกอร์สูญญากาศ
- ๑.๘ ปลายเตียงมีชิงก์น้ำ ขนาดยาว ๒๐ นิ้ว กว้าง ๑๒ นิ้ว และลึก ๑๒ นิ้ว
- ๑.๙ บริเวณจุดปฏิบัติการมีแผ่นรอง (Grid Plate) จำนวน ๔ แผ่น แยกอิสระออกจากกันสามารถวางสลับตำแหน่งกันได้ ทำด้วย Stainless Steel ชนิด ๓๐๔ ซึ่งสามารถถอดออกทำความสะอาดได้
- ๑.๑๐ มีระบบฉีดน้ำ ซึ่งง่ายต่อการเปิดปิดเพราะควบคุมด้วยการกดบริเวณหัวฉีด
- ๑.๑๑ มีระบบดูดของเหลวแบบสูญญากาศตั้งอยู่บริเวณปลายเตียงใกล้ชิงก์น้ำเพื่อใช้ในการดูดของเหลว
- ๑.๑๒ มีระบบน้ำรินชำระล้างผิวเตียงอยู่บริเวณโดยรอบขอบเตียง มีช่องระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ติดตั้งที่บริเวณปลายเตียง
- ๑.๑๓ ส่วนประกอบภายในชิงก์น้ำมีลักษณะเป็นขอบมนเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรีย
- ๑.๑๔ มีเครื่องปั่นเศษชิ้นเนื้อที่มีมอเตอร์ปั่นความแรง ๓/๔ แรงม้า
- ๑.๑๕ มีชุดอุปกรณ์ช่วยในการตัดชิ้นเนื้อขนาดต่าง ๆ ที่เท่ากัน (Cut mate) โดยขนาดเล็กที่สุด ๒ มิลลิเมตร
- ๑.๑๖ มีระบบ Clean Air Flow (CAF) สำหรับฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ที่ได้มาตรฐาน และมี Carbon Filter กรองกลิ่นในระบบระบายอากาศและผู้ขายต้องแสดงหลักฐานมีการติดตั้งระบบ CAF ให้หน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า ๕ ที่
- ๑.๑๗ มีน้ำยาฆ่าเชื้อ (Sani path) สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส สามารถทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องผ่าศพ เป็นน้ำยาที่ได้รับมาตรฐาน OSHA's Bloodborne Pathogens จำนวน ๖ ขวด และผู้ขายต้องแสดงหลักฐานมีการขายให้หน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า ๕ ที่และมีการขายให้หน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี

/๑.๑๘ ติดตั้ง...

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(น.ส.อรพรรณ คงตระกูลมั่นคง)  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายนิติ แต่งตาด)  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสุธีพงษ์ อ่อนมณี)

- ๑.๑๘ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงแม้ พร้อมเดินท่อระบายอากาศแบบต่อท่อ  
ออกภายนอกอาคาร
- ๑.๑๙ มีปลั๊กไฟสำหรับเสียบเสียบไฟฟ้าจำนวน ๒ ชุด ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
- ๑.๒๐ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

## ๒. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๒.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพและบริการเครื่องมือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันส่งมอบของ  
ครบเป็นต้นไป โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามกำหนดสัญญาชำรุดหรือชำรุด  
เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่  
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นถ้าระยะเวลาการซ่อมล่าช้าผู้ขายยินยอมให้ปรับ  
วันละร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาเครื่องหรือหาเครื่องที่สามารถใช้งานได้ดีมาใช้ในระหว่างรอซ่อม  
หากมีการแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่  
โดยไม่คิดมูลค่า
- ๒.๒ ต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒.๓ ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย
- ๒.๔ โรงงานผลิตต้องได้รับใบมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕
- ๒.๕ ผู้ขายต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร  
และยากระทรวงสาธารณสุข
- ๒.๖ ผู้ขายต้องมีผลงานขายและติดตั้งเตียงผ่าตัดให้หน่วยงานราชการมาไม่น้อยกว่า ๔ ที่และมี  
ประสบการณ์ติดตั้งเตียงผ่าตัดให้หน่วยงานราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๒.๗ ผู้ขายต้องติดตั้งเดินระบบน้ำดีน้ำเสียและระบบระบายอากาศจนสามารถใช้งานได้ดี

.....  
(ลงชื่อ) อรุณ วัฒนพงษ์.....ประธานกรรมการ

(น.ส.อรุณวรรณ คงตระกูลมั่นคง)

(ลงชื่อ) นิติ วัฒนพงษ์.....กรรมการ

(นายนิติ แดงตาด)

(ลงชื่อ) สุธีพงษ์ อ่อนมณี.....กรรมการ

(นายสุธีพงษ์ อ่อนมณี)