


# Novosyn® CHD

ABSORBABLE BRAIDED SUTURE COATED WITH CHLORHEXIDINE DIACETATE



Novosyn® (USP 2/0)



Novosyn® CHD (USP 2/0)

Novosyn® CHD has a zone of inhibition against the most common pathogens that causes SSI including *Staphylococcus aureus*, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Staphylococcus epidermidis*, methicillin-resistant *Staphylococcus epidermidis* (MRSE) (11-14).

Novosyn® CHD helps on the prevention of microbial contamination of the implanted thread (11-14).

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

PRODUCT IDENTIFIERS	Novosyn	Novosyn CHD
Structure	Multifilament braided and coated suture	Multifilament braided and coated suture
Material	Polyglactin 910	Polyglactin 910
Coating	Polyglactin 370 + Calcium stearate	Polyglactin 370 + Calcium stearate + Chlorhexidine diacetate
USP range	8/0 to 2	5/0 to 2
Colour	Undyed and violet	Undyed and violet
Indications	Soft tissue approximation and /or ligation, specially in the region of the gastro-intestinal tract, in gynecology, urology also indicated for ophthalmology and for microsurgery	Soft tissue approximation and /or ligation, especially in the region of the gastro-intestinal tract, in gynecology and urology
Contra indications	When a prolonged support of the wound closure by the suture material is required	Ophthalmic, cardiovascular and neurological tissues and patients with known allergic reactions to Chlorhexidine diacetate and infants aged less than 2 months
Sterilization process	Ethylene oxide	Ethylene oxide
Tensile strength retention	After 1 day: 100% After 14 days: 75% After 21 days: 40-50% After 28 days: 25%	After 1 day: 100% After 14 days: 75% After 21 days: 40-50% After 28 days: 25%
Antibacterial effect	No	Chlorhexidine diacetate bactericidal effect is a result of the binding of this cationic molecule to negatively charged bacterial cell walls
Mass absorption	After 56 till 70 days	After 56 till 70 days

Novosyn<sup>4</sup> CHD has the same physical properties than Novosyn<sup>®</sup> but with added antibacterial protection [15].





# Novosyn<sup>®</sup> CHD

ABSORBABLE BRAIDED SUTURE COATED WITH CHLORHEXIDINE DIACETATE


Novosyn<sup>®</sup> CHD has the same physical specifications than Novosyn<sup>®</sup> but with added antibacterial protection (16, 17).

Novosyn<sup>®</sup> CHD is not inferior to Novosyn<sup>®</sup> in terms of intraoperative handling and wound healing (18)



DEGRADATION PROFILE Novosyn<sup>®</sup> VS Novosyn<sup>®</sup> CHD IN NaCl 0.9% (USP 1, 0, 2/0, 3/0) (18, 19)

Same degradation profile as with Novosyn<sup>®</sup> (19, 20)



























คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ














Nasall	Nasall	USP (nasal)								
		1/0 (1)	1/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
30-gauge round beveled needle										
	DR 12	70		C1068436						
		violet								
	DR 18	70		C1068150	C1068151					
		violet								
	DR 22	70			C1068160					
		violet								
	DR 26	70			C1068165					
		violet								
	DR 32	70		C1068170	C1068171	C1068172	C1068173			
		violet								
19-gauge round beveled needle										
		70	C1068007	C1068008						
	HR 13	violet								
		70	C1069007							
		undyed								
	HR 13ss	70			C1068111					
		violet								
		70	C1068012	C1068013	C1068014	C1068015				
	HR 17	violet								
		70	C1069012	C1069013	C1069014					
		undyed								
	HR 17	4 x 45		C1088713	C1088714					
		8 x 45		M1088185						
		8 x 70		M1088255						
		take off								
	HR 17s	70			C1068116	C1068118				
		violet								
		45		C1088325						
	HR 22	70		C1068029	C1068030	C1068031				
		violet								
		70		C1069029						
		undyed								
	HR 22	4 x 45		C1088729	C1088730	C1088731				
		8 x 45		M1088177	M1088178					
		4 x 70		C1088629	C1088630					
		take off								

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 C Box of 36 units    B Box of 24 units    G Box of 12 units    M Box of 6 units

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

# Novosyn<sup>®</sup> CHD

ABSORBABLE BRAIDED SUTURE COATED WITH CHLORHEXIDINE DIACETATE

Needle Length mm	Thread Length mm	USP (metric)								
		3/0 (1)	4/0 (1.5)	5/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (3)	2 (3)	3 (3)	
1/2 circle round beveled needle										
 EasySlide	70				C1068036	C1068037	C1068038			
	violet									
 EasySlide	70	C1068039	C1068040	C1068041	G1068042	G1068043	C1068044			
	90		C1068540	C1068541						
violet										
 EasySlide	90			C1068901						
	violet									
 EasySlide	90				C1068542					
	violet									
 EasySlide	90				C1068902					
	violet									
 EasySlide	90					C1068543	C1068544			
	violet									
 EasySlide	70			C1069041	C1069042					
	undyed									
 EasySlide	4 x 45			C1088741	C1088742					
	8 x 45	M1088170	M1088171	M1088172						
 EasySlide	4 x 70			B1088641	B1088642					
	8 x 70			M1088239	M1088241					
violet										
8 x 45					M1089117					
take off	undyed									
 EasySlide	70			C1068089	C1068090	C1068091	G1068092	C1068093		
	90				C1068590	C1068591	C1068592	C1068613		
 EasySlide	70				C1069090	C1069091				
	undyed									
 EasySlide	4 x 45				C1088790	B1088791	B1088792	B1088793		
	4 x 70					B1088691	B1088692	B1088693		
take off	violet									
 EasySlide	70						C1068100			
	90						C1068580			
violet										

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์









๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

# Novosyn® CHD

ABSORBABLE BRAIDED SUTURE COATED WITH CHLORHEXIDINE DIACETATE

Needle	Thread	USP (m-stro)								
		2/0 (1)	3/0 (1.5)	4/0 (2)	5/0 (2.5)	6/0 (3)	7/0 (3.5)	8/0 (4)	9/0 (4.5)	10/0 (5)
P2 (step round bevel needle)										
HR 37ss 	70									C1068123
	90									B1068577
EasySlide HR 40s 	70				C1068055	C1068056	C1068057	C1068058		
	90				C1068466	C1068467	G1068556	B1068557	B1068558	
	120									B1068555
	violet									
	90								B1069557	B1069558
	undyed									
EasySlide HR 40s 	8 x 45								M1088117	M1088118
	4 x 70								B1088667	B1088668
	violet									
EasySlide HR 40s 	150									B1068350
	violet									
EasySlide HR 43 	70					C1068946	C1068947	C1068948		
	90								B1068847	B1068848
	violet									
EasySlide HR 48 	70				C1068060	C1068061	C1068062	C1068063		
	90				C1068560	B1068561	B1068562	B1068563		
	violet									
	90					B1069561	B1069562	B1069563		
	undyed									
EasySlide HR 48 	8 x 45								M1088103	M1088104
	violet									
EasySlide HR 60 	70								C1068066	C1068068
	violet									

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์











๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

# Novosyn® CHD

ABSORBABLE BRAIDED SUTURE COATED WITH CHLORHEXIDINE DIACETATE

Needle	Thread	USP (Metric)				
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
<i>1/8" chord reverse cutting needle</i>						
 HS 37ss	4 x 45					B1089718
 HS 40	90 violet					B1068486 B1068487 B1068488
 HS 40s	70 90 violet			C1068267 C1068585	C1068268 B1068586	C1068269 G1068587
 HS 48	70 90 violet 90 undyed					C1068261 B1068461 B1069363 B1069364
<i>3/16" chord reverse cutting needle</i>						
 GS 60	70 violet 70 undyed			C1068265	C1068266	C1069280 C1069265 C1069267
<i>3/16" chord reverse cutting needle with precision point</i>						
 DSMP 11	45 undyed	C1069608				
 DSMP 13	45 violet 45 undyed		C1068624			
 DSMP 16	45 undyed	C1069525	C1069524			
 DSMP 19	45 70 undyed			C1069629 C1069529	C1069630 C1069530	C1069531
 DSMP 24	45 70 undyed			C1069656 C1069556	C1069657 C1069554	

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

ท่านสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

(รายการสินค้า เรียงตามใบเสนอราคา)

รายการที่	ชื่อ	เบอร์โทร
1	คุณจักรี เหลืองบริบูรณ์	089-8157411

อีก

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....*คุณ ก*.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....*คุณ อญ/น*.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....*คุณ ฮ*.....กรรมการ





## ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ใบอนุญาตที่ 65-2-1-2-0004696

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ใบจดทะเบียนที่ สน. 27/2553  
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับเครื่องมือแพทย์

Novosyn

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

ตามเอกสารแนบท้าย

ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

ตามเอกสารแนบท้าย

ณ สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ชื่อบริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่

598 อาคารคิวเฮาส์ เฟลินจิต ชั้น 12

ตรอก/ซอย

-

ถนน

เฟลินจิต

หมู่ที่

-

ตำบล/แขวง

ลุมพินี

อำเภอ/เขต

ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10330

โทรศัพท์ 0 2617 5000-2

โทรสาร

ชื่อและที่ตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์

B. Braun Surgical, S.A. Ctra. de Terrassa, 121 08191 Rubi (Barcelona), Spain

ใบอนุญาตนำเข้าฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2569

และให้ใช้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้

ในใบอนุญาตเท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่


22

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อนุญาต

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

NEWCODE	ชื่อผลิตภัณฑ์	Identifier	บริษัทผู้ผลิต	อื่นๆ
6500088002017	NOVOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22B(MDDP	C0068190	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002018	NOVOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22B(MDDP	C0068191	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002019	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR22B(M)DDP	C0068192	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002020	NOVOSYN VIOLET 2/0(3)120CM JRC3OS (M)DDP	C0068193	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002021	NOVOSYN VIOLET 0(3,5)120CM JRC3OS (M)DDP	C0068194	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002022	NOVOSYN VIOLET 2/0(3)45CM 2XJRC3OS (MDDP	C0068195	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002023	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR26B(M)DDP	C0068196	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002024	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR26B(M)RCP	C0068196N1	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002025	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM JR4OS (M)DDP	C0068197	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002026	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B (M)DDP	C0068198	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002027	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B (M)RCP	C0068198N1	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002028	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5)70CM HS4OSS (M)DDP	C0068199	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002029	NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM DS9 (M)DDP	C0068202	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002030	NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HS15 (M) DDP	C0068203	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002031	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM HS15 (M)DDP	C0068204	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002032	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS18 (M) DDP	C0068205	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002033	NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM DS12 (M)DDP	C0068206	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002034	NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M) DDP	C0068207	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002035	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM DS12 (M)DDP	C0068208	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088002036	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B (M)DDP	C0068209	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-

คณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

อีก





## ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ใบอนุญาตที่ 65-2-1-2-0004696

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ใบจดทะเบียนที่ สน. 27/2553

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับเครื่องมือแพทย์

Novosyn

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

ตามเอกสารแนบท้าย

ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

ตามเอกสารแนบท้าย

ณ สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ชื่อบริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่

598 อาคารคิวเฮาส์ เฟลิจิต ชั้น 12

ตรอก/ซอย

-

ถนน

เฟลิจิต

หมู่ที่

-

ตำบล/แขวง

ลุมพินี

อำเภอ/เขต

ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์

10330

โทรศัพท์ 0 2617 5000-2 โทรสาร

ชื่อและที่ตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์

B. Braun Surgical, S.A. Ctra. de Terrassa, 121 08191 Rubí (Barcelona), Spain

ใบอนุญาตนำเข้าฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2569

และให้ใช้เฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้

ในใบอนุญาตเท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่


22

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อนุญาต

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

NEWCODE	ชื่อผลิตภัณฑ์	Identifier	บริษัทผู้ผลิต	อื่นๆ
6500088001777	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM HRC4OSS(M)RCP	C0067056H1	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001778	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5)70CM HRC4OSS(M)RCP	C0067057H1	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001779	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM HR22 (M)DDP	C0068001	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001780	NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR10 (M)DDP	C0068002	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001781	NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR10 (M) DDP	C0068003	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001782	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 20CM HR22 (M) DDP	C0068004	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001783	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 45CM HR22 (M) DDP	C0068005	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001784	NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR13 (M)DDP	C0068006	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001785	NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M) DDP	C0068007	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001786	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR13 (M)DDP	C0068008	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001787	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR13 (M) DDP	C0068009	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001788	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM HR26 (M)DDP	C0068010	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001789	NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR17 (M)DDP	C0068011	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001790	NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP	C0068012	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001791	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR17 (M)DDP	C0068013	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001792	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M) DDP	C0068014	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001793	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR17 (M) DDP	C0068015	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001794	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR17 (M) DDP	C0068016	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001795	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 45CM HR37 (M) DDP	C0068017	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-
6500088001796	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 20CM HR26 (M) DDP	C0068018	B. BRAUN SURGICAL S.A. (SPAIN) Carretera de Terrassa, 121 Rubi (Barcelona) ESP 08191	-

คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ