


เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/ ๑๗๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

.....

จังหวัดนครปฐม ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ จาก บริษัท ดีเคเค ติไวซ์ จำกัด ดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ประกอบด้วยเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้


ผนวก ๑	รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ หน้า
ผนวก ๒	ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๒ หน้า
	ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ หน้า
ผนวก ๓	รายการคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๘ หน้า
ผนวก ๔	แค็ตตาล็อก	จำนวน ๔๑ หน้า
ผนวก ๕	สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ).....  ผู้จะซื้อ


(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม


ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

(ลงชื่อ).....  ผู้จะขาย

(นางสาวศิริพร จีบใจ)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางสาวนัตยา พละพลีวัลย์)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางสาวจำเนียร โพธิ์จินดา)

ผนวก ๑ รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย  
แบบทำยสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  
เลขที่ นฐ๐๐๓๓/ ๑๗๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	เครื่องมือสำหรับจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด ๕ มม.	๖๐	ร้อยละ ๗	๔,๘๑๕.๐๐	๒๘๘,๙๐๐.๐๐
๒	เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดเขี้ยวมน ขนาด ๕ มม.	๒๐	ร้อยละ ๗	๔,๘๑๕.๐๐	๙๖,๓๐๐.๐๐
๓	อุปกรณ์เชื่อมปิดหลอดเลือด	๓๕	ร้อยละ ๗	๑๙,๒๖๐.๐๐	๖๗๔,๑๐๐.๐๐
๔	ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาด ความยาวของแนวลวดเย็บและตัด ๖๐ มม.	๕๐	ร้อยละ ๗	๖,๗๔๑.๐๐	๓๓๗,๐๕๐.๐๐
๕	ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาด ความยาวของแนวลวดเย็บและตัด ๔๕ มม.	๓๐	ร้อยละ ๗	๖,๗๔๑.๐๐	๒๐๒,๒๓๐.๐๐
๖	ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ไม่น้อยกว่า ๘๐- ๓.๘ มม.	๑๒๐	ร้อยละ ๗	๓,๙๕๙.๐๐	๔๗๕,๐๘๐.๐๐
๗	ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ไม่น้อยกว่า ๘๐- ๔.๘ มม.	๖๐	ร้อยละ ๗	๓,๙๕๙.๐๐	๒๓๗,๕๔๐.๐๐
๘	ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐-๔.๘ มม.	๖๐	ร้อยละ ๗	๓,๙๕๙.๐๐	๒๓๗,๕๔๐.๐๐
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)					๒,๕๔๘,๗๔๐.๐๐

๑๗/๗



# บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2000-6517 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 63053 19 8

## ใบเสนอราคา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลนครปฐม

บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคามาเพื่อพิจารณา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย		รวมเงิน		ผลิตโดย/ประเทศ
			ไม่รวม VAT	รวม VAT	ไม่รวม VAT	รวม VAT	
1	เครื่องมือสำหรับจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 มม. (173030 ENDO GRASP II)	60 EA	4,500.00	4,815.00	270,000.00		
2	เครื่องมือปากคีบจับเนื้อเยื่อชนิดเขี้ยวมน ขนาด 5 มม. (174317 ENDO CLINCH II 5MM)	20 EA	4,500.00	4,815.00	90,000.00		
3	อุปกรณ์เชื่อมปิดหลอดเลือด (LF4418 OPEN SEALER CURVED LARGE JAW)	35 EA	18,000.00	19,260.00	630,000.00		
4	ดลั้บบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม (EGIA60AMT EGIA 60 ARTIC MED THICK SULU)	50 EA	6,300.00	6,741.00	315,000.00		
5	ดลั้บบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาว ของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม (EGIA45AMT EGIA 45 ARTIC MED THICK SULU)	30 EA	6,300.00	6,741.00	189,000.00		
6	ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 80 – 3.8 ม.ม. (GIA8038L GIA 80-3.8SGL USE LOADINGUNIT)	120 EA	3,700.00	3,959.00	444,000.00		
7	ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 80 – 4.8 ม.ม. (GIA8048L GIA 80-4.8SGL USE LOADINGUNIT)	60 EA	3,700.00	3,959.00	222,000.00		
8	ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 100 – 4.8 ม.ม. (GIA10048L GIA 100-4.8 SGL USE LD UNIT X1)	60 EA	3,700.00	3,959.00	222,000.00		
			ราคาสินค้า		2,382,000.00		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		166,740.00		
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		2,548,740.00		

( สองล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน )

กำหนดยื่นราคา 365 วัน

กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบสั่งซื้อ

หมายเหตุ ผลิตโดยบริษัท Medtronic ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่านในเร็ววันนี้ และขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ด้วย

(นางสาวศิริพร จับใจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

## ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด เลขที่ ๘/๑๒ ตรอก/ซอย วิภาวดีรังสิต ๔๔ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๘๘๒๙๕๙๐๙ โดย นางสาววิไลวรรณ เจริญศิลป์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๖๙/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	วัสดุการแพทย์	-	-	๘ รายการ	๒,๕๔๘,๗๔๐.๐๐	๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒,๕๔๘,๗๔๐.๐๐	

(สองล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ จังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
 ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ 1/2

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง  
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ -  
เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ  
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล  
หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด  
ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นางสาววิไลวรรณ  
เจริญศิลป์ )  
ผู้รับมอบอำนาจ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6507160006049  
รหัสอ้างอิง OTP Nhuo  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๓๐๕๓๑๙๘

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

# DKKD

บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2000-6517 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 63053 19 8

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

รายการที่ 1 เครื่องมือสำหรับจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน ขนาด 5 มม.

(ENDO GRASP 5 MM INSTRUMENT WITH ON/OFF RATCHET SWITCH)


คุณสมบัติ สำหรับจับเนื้อเยื่อ ในการผ่าตัดด้วยกล้อง

### คุณลักษณะเฉพาะ


1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเครื่องมือมีขนาด 5 มม.
2. ขนาดความยาวของแกนเครื่องมือยาวไม่น้อยกว่า 31 มม.
3. แกนเครื่องมือหุ้มด้วยวัสดุฉนวนไฟฟ้า
4. มีปุ่มควบคุมการหมุนแกนและปลายเครื่องมือที่ตามจับได้ 360 องศา
5. สามารถล็อกปลายจับเนื้อเยื่อได้ด้วยปุ่ม RATCHET ON/OFF
6. ปลายจับเนื้อเยื่อมีความยาว 19 มม


### เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ
2. มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทยินดีจัดเปลี่ยนให้ใหม่
3. หีบห่อบรรจุสามารถเปิดใช้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด
4. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานทันที

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ 

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ 

# DKKD

บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2000-6517 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 63053 19 8

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

รายการที่ 2 เครื่องมือปากคีมจับเนื้อเยื่อชนิดเชื่อมมน ขนาด 5 มม.

(ENDO CLINCH II 5 MM INSTRUMENT WITH ON/OFF RATCHET SWITCH)

คุณสมบัติ สำหรับจับเนื้อเยื่อ ในการผ่าตัดด้วยกล้อง

### คุณลักษณะเฉพาะ

1. ขนาดความยาวของแกนเครื่องมือยาวไม่น้อยกว่า 31 มม.
2. แกนเครื่องมือหุ้มด้วยวัสดุฉนวนไฟฟ้า
3. มีปุ่มควบคุมการหมุนแกนและปลายเครื่องมือที่ด้ามจับได้ 360 องศา
4. สามารถล็อกปลายจับเนื้อเยื่อได้ด้วยปุ่ม RATCHET ON/OFF
5. ปลายจับเนื้อเยื่อมีเขี้ยวแบบ Atraumatic ไร้จับเนื้อเยื่อ มีความยาว 19 มม และสามารถเปิดอ้าได้กว้าง 23 มม.

### เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ
2. มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทยินดีจัดเปลี่ยนให้ใหม่
3. หีบห่อบรรจุสามารถเปิดใช้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด
4. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack)พร้อมใช้งานทันที

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ 3 อุปกรณ์เชื่อมปิดหลอดเลือด (LIGASURE Impact)

คุณสมบัติ สำหรับใช้ในการผ่าตัดแบบ Open surgery

### คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นอุปกรณ์เชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจี้ไฟฟ้าและเชื่อมปิดหลอดเลือด
2. ส่วนด้ามจับประกอบด้วย
  - ส่วนด้ามจับ ซึ่งมีส่วนที่สอดมือสำหรับควบคุมปลายคีมคีบ เพื่อคีบจับหลอดเลือด
  - แป้นกลมสีเทา สำหรับหมุน Rotation ส่วน Shaft, หมุนซ้าย-ขวา ได้ 180 องศา
  - ปุ่มกด Hand switch activate sealing สีม่วง สำหรับกดปล่อยพลังงานเพื่อเชื่อมปิดหลอดเลือด
3. สามารถกด Activate sealing ได้ทั้ง Hand switch และ Foot switch
4. ส่วนควบคุมใบมีด ให้สอดนิ้วชี้เข้าไปเพื่อตัดเส้นเลือด หลังจากการเชื่อมปิดแล้ว จะกดสไลด์ใบมีดได้ ขณะคีมคีบปิดสนิทเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการตัดเส้นเลือดอื่นที่ไม่ต้องการ
5. รายละเอียดของเครื่องมือ
  - ส่วนคีมคีบขนาดใหญ่และส่วน seal มีความกว้างมากขึ้นสามารถคีบจับและเชื่อมปิดได้พื้นที่มาก ขึ้นช่วยให้การทำหัตถการสะดวกรวดเร็วขึ้น
  - ความยาวของshaft(Shaft Length) 18 cm
  - องศาการหมุนของ shaft(Shaft Rotation) 180 องศา
  - ความยาวของส่วนที่ปล่อยกระแสไฟฟ้า (Seal length) 36 mm
  - ความยาวของส่วนที่ปล่อยใบมีด (Cut Length) 34 mm

### เงื่อนไขเฉพาะ

1. บรรจุในซองsterile ปราศจากเชื้อพร้อมใช้ขนาดบรรจุ 1 ชิ้นต่อกล่อง
2. ผลิตภัณฑ์ต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ





บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2000-6517 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 63053 19 8

### รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

รายการที่ 4 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.  
(EGIA60AMT (EGIA60 Med Thick Sulu)

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 ม.ม.

#### คุณลักษณะเฉพาะ

1. ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ (Endo GIA Universal 12 mm Instrument or Endo GIA Universal XL or EGIA Handle Standard or EGIA Handle XL)
2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถวจากรอยตัด และด้านปารองพร้อมใบมีดเนื้อเยื่อ
3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับก่อนการเย็บปิด สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 60 ม.ม.
4. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
5. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
6. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
7. ตลับบรรจุสีม่วง

#### เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ
2. มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทยินดีจัดเปลี่ยนให้ใหม่
3. หีบห่อบรรจุสามารถเปิดใช้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด
4. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานทันที

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ



## บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2000-6517 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 63053 19 8

### รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

รายการที่ 5 ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 45 ม.ม.  
(EGIA45AMT (EGIA45 Med Thick Sulu)

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.50-2.25 ม.ม.

#### คุณลักษณะเฉพาะ

- ใช้ประกอบร่วมกับด้ามปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ (Endo GIA Universal 12 mm Instrument or Endo GIA Universal XL or EGIA Handle Standard or EGIA Handle XL)
- ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถวจากรอยตัด และด้านบารองพร้อมใบมีดเนื้อเยื่อ
- นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 3.0 ม.ม. 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม. ตามลำดับ ก่อนการเย็บปิด
- สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 45 ม.ม.
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.
- เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก
- มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
- ตลับบรรจุสีม่วง

#### เงื่อนไขเฉพาะ

- ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ
- มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทยินดีจัดเปลี่ยนให้ใหม่
- หีบห่อบรรจุสามารถเปิดใช้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด
- เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack)พร้อมใช้งานทันที

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ



## บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2000-6517 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 63053 19 8

### รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

รายการที่ 6 ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 80 – 3.8 มม.

(GIA DST 80 – 3.8 DISPOSABLE LOADING UNIT FOR GIA DST 80 DISPOSABLE STAPLER)

#### คุณสมบัติ

สำหรับใช้กับเครื่องมือตัด และ เย็บลำไส้ และ กระเพาะอาหาร

#### คุณลักษณะเฉพาะ

1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเปิดขนาด 2.84 มม.
2. ก่อนการเย็บปิดมีความสูง 3.8 มม. และสูง 1.5 มม. หลังการปิดเย็บ
3. ความยาวแนวลวดเย็บ 80 มม.
4. ลวดเย็บจำนวน 4 แถว วางตัวข้างละ 2 แถว สลับสับว่าง และมีไบมีดตัดตรงกลางเพื่อแยกชิ้นเนื้อออกจากกัน
5. ตลับบรรจุประกอบด้วย ลวดเย็บ, ไบมีด, และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ, กลไกความปลอดภัยต่างๆ
6. ตลับบรรจุสีฟ้าสำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อที่มีความหนาปกติ
7. มีเทคโนโลยี DST (Directional Stapling Technology) ช่วยให้การฟอร์มตัวของลวดเย็บเป็นรูปตัว B ที่สมบูรณ์แบบ

#### เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ
2. มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทยินดีจัดเปลี่ยนให้ใหม่
3. หีบห่อบรรจุสามารถเปิดได้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด
4. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานทันที

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

.....



## บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2000-6517 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 63053 19 8

### รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

รายการที่ 7 ลวดเย็บปิดลำไส้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 80 – 4.8 ม.ม.

(GIA DST 80 – 4.8 DISPOSABLE LOADING UNIT FOR GIA DST 80 DISPOSABLE STAPLER)

#### คุณสมบัติ

สำหรับใช้กับเครื่องมือตัด และ เย็บลำไส้ และ กระเพาะอาหาร

#### คุณลักษณะเฉพาะ

1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนปิดขนาด 2.84 ม.ม.
2. ก่อนการเย็บปิดมีความสูง 4.8 ม.ม. และสูง 2.0 ม.ม. หลังการปิดเย็บ
3. ความยาวแนวลวดเย็บ 80 มม.
4. ลวดเย็บจำนวน 4 แถว วางตัวข้างละ 2 แถว สลับสับว่าง และมีใบมีดตัดตรงกลางเพื่อแยกชิ้นเนื้อออกจากกัน
5. ตลับบรรจุประกอบด้วย ลวดเย็บ, ใบมีด, และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ, กลไกการดันลวดเย็บ, กลไกความปลอดภัยต่างๆ
6. ตลับบรรจุสี่เหลี่ยมสำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อที่มีความหนากว่าปกติ
7. มีเทคโนโลยี DST (Directional Stapling Technology) ช่วยให้การฟอร์มตัวของลวดเย็บเป็นรูปตัว B ที่สมบูรณ์แบบ

#### เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ
2. มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทยินดีจัดเปลี่ยนให้ใหม่
3. หีบห่อบรรจุสามารถเปิดใช้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด
4. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานทันที

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....

# DKKD

บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8/12 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2000-6517 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 63053 19 8

## รายละเอียดและคุณลักษณะสินค้า

รายการที่ 8 ลวดเย็บปิดลำได้และกระเพาะอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 100 – 4.8 ม.ม.

(DST GIA 100 – 4.8 DISPOSABLE LOADING UNIT FOR DST GIA 100 DISPOSABLE STAPLER)

คุณสมบัติ สำหรับใช้กับเครื่องมือตัด และ เย็บลำได้ และ กระเพาะอาหาร

### คุณลักษณะเฉพาะ

1. ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียมแบบเหลี่ยม มีความกว้างของลวดเย็บก่อนเย็บปิดขนาดไม่น้อยกว่า 2.84 ม.ม
2. ก่อนการเย็บปิดมีความสูงไม่น้อยกว่า 4.8 ม.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 2.0 ม.ม. หลังการปิดเย็บ และลวดเย็บจะเรียงตัวแบบสลับหว่างกันเพื่อให้ความแข็งแรงในการห้ามเลือด
3. มีความยาวแนวลวดเย็บไม่น้อยกว่า 100 ม.ม.
4. ลวดเย็บจำนวนไม่น้อยกว่า 4 แถว วางตัวข้างละไม่น้อยกว่า 2 แถว สลับสับหว่าง และ มีใบมีดตัดตรงกลางเพื่อแยกชั้นเนื้อออกจากกัน
5. ตลับบรรจุประกอบด้วย ลวดเย็บ , ใบมีด , และ กลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ , กลไกการดันลวดเย็บ , กลไกความปลอดภัยต่างๆ
6. ตลับบรรจุสี่เหลี่ยม ( รหัสสี ) สำหรับตัดและเย็บเนื้อเยื่อที่มีความหนากว่าปกติ
7. บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้
8. มีเทคโนโลยี DST (Directional Stapling Technology) ช่วยให้การฟอร์มตัวของลวดเย็บเป็นรูปตัว B ที่สมบูรณ์แบบ

### เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมทั้งระบุวิธีการฆ่าเชื้อและวันหมดอายุไว้ชัดเจนทั้งหีบห่อของแต่ละห่อและกล่องที่ใช้บรรจุ
2. มีการบรรจุหรือหีบห่ออย่างมิดชิด สามารถป้องกันอากาศหรือความชื้นได้ ถ้ามีปัญหาก่อนการใช้งาน เช่น หีบห่อชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทยินดีจัดเปลี่ยนให้ใหม่
3. หีบห่อบรรจุสามารถเปิดใช้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อที่ง่ายสะดวก มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยที่สุด
4. เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack) พร้อมใช้งานที่ผ่านการพิจารณาผลการประกาศราคา อิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรม

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ