

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/.....๑๑...../๒๕๖๖ ลงวันที่...๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จังหวัดนครปฐมได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณวัสดุการแพทย์รายการเวชภัณฑ์มีไชยารายการถุงมือ DISPOS แบบไม่มีแปง จำนวน ๔ รายการ จากบริษัท แมคคาโปรดักชั่น จำกัด ดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ ประกอบด้วยเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้


- | | | |
|-----------|--|---------------|
| ๑. ผนวก ๑ | รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒. ผนวก ๒ | ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | จำนวน ๒ หน้า |
| | ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ หน้า |
| | ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| | ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ | |
| ๓. ผนวก ๓ | รายการคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๔. ผนวก ๔ | แคตตาล็อก | จำนวน ๒๔ หน้า |
| ๕. ผนวก ๕ | สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร | จำนวน ๑ หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม



(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย

(นายเมธินทร์ สุขภูตานันท์)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวจุฑาภรณ์ สามสีทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัญชิสา พานแก้ว)

ผนวก ๑ รายการพัสดุและราคาต่อหน่วย
 แบบทำยสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
 เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/ ๑๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน (กล่อง)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	ราคาต่อ (กล่อง) (รวมภาษี)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑.	ถุงมือ DISPOS.NO.XS แบบไม่มีแป้ง	๘๐๐	ร้อยละ ๗	๘๓.๑๔	๖๖,๕๑๒.๐๐
๒.	ถุงมือ DISPOS.NO.S แบบไม่มีแป้ง	๒๔,๐๐๐	ร้อยละ ๗	๘๓.๑๔	๑,๙๙๕,๓๖๐.๐๐
๓.	ถุงมือ DISPOS.NO.M แบบไม่มีแป้ง	๑๖,๐๐๐	ร้อยละ ๗	๘๓.๑๔	๑,๓๓๐,๒๔๐.๐๐
๔.	ถุงมือ DISPOS.NO.L แบบไม่มีแป้ง	๔,๐๐๐	ร้อยละ ๗	๘๓.๑๔	๓๓๒,๕๖๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)					๓,๓๒๔,๖๗๒.๐๐



ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน)


๑. ข้าพเจ้า บริษัท แมคคาโปรดักชั่น จำกัด เลขที่ ๙ ตรอก/ซอย เสนานิคม ๑ ซอย ๔๒ แยก ๕ ถนน เสนานิคม ๑ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๔๐๒๕๖๙๒ โดย นายสมบัติ วิวรรณวรารักษ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๘๐/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	เวชภัณฑ์มีใบยารายการ ถุงมือ DISPOS แบบไม่มีแป้ง	-	-	๔ รายการ	๓,๗๒๔,๖๗๒.๐๐	๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๓,๗๒๔,๖๗๒.๐๐	

(สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว



๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ คุณหญิง ๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเลขที่.....
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา คุณหญิง ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕

ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ จังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด

ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ เช็ค
เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๓๔๙,๔๔๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้


๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทสุทธิยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล
หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด
ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ
จิวรรณวรงค์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท
แมคคา โปรดัคชั่น จำกัด

ใบเสนอราคาเลขที่ 6509160037015
รหัสอ้างอิง OTP aJyv
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๓๑๐๑๓๗๒



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ



บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำกัด

เลขที่ 9 ซอยเสนาในคม 1 ซอย 42 แยก 5

ถนนเสนาในคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 0-2570-3173 โทรสาร. 0-2942-3268

ทำที่ บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533101372

วันที่ 21 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการผลิตภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ถุงมือ DISPOS NO. XS แบบไม่มีแป้ง	800 กสอบ	83.14 / กสอบ	66,512.00
2	ถุงมือ DISPOS NO. S แบบไม่มีแป้ง	24,000 กสอบ	83.14 / กสอบ	1,995,360.00
3	ถุงมือ DISPOS NO. M แบบไม่มีแป้ง	16,000 กสอบ	83.14 / กสอบ	1,330,240.00
4	ถุงมือ DISPOS NO. L แบบไม่มีแป้ง	4,000 กสอบ	83.14 / กสอบ	332,560.00
			ค่าสินค้า	3,481,001.87
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	243,670.13
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,724,672.00

(ตามสำเนาจัดสรรสองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)


หมายเหตุ - ผลิตในประเทศไทยโดยบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

- มอก.1056-2556

- บรรจุซอง 100 ชิ้น

กำหนดส่งของ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

กำหนดยื่นราคา 365 วัน




บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายสมปิติ ชิววรรณวงศ์

กรรมการผู้จัดการ





บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำกัด

เลขที่ 9 ซอยสนามโคนม 1 ซอย 42 แมก 5

ถนนสนามโคนม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 0-2570-3173 โทรสาร. 0-2942-3268

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

ถุงมือ DISPOS แบบไม่มีแป้ง

ยี่ห้อ ซาโตรี่ (SATORY) (กล่องสีน้ำตาล)

1. ความต้องการ

ถุงมือทางการแพทย์สำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดไม่ปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบไม่มีแป้ง มี 4 ขนาดดังนี้คือ ขนาด XS (เล็กพิเศษ), S (เล็ก), M (กลาง), และ L (ใหญ่)

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


เป็นถุงมือยางที่ใช้ครั้งเดียว ใช้สำหรับให้บริการในทางการแพทย์ เช่น ใช้สำหรับตรวจโรค ใช้สำหรับป้องกันการสัมผัสและปนเปื้อนสารคัดหลั่งรวมถึงใช้ในการปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์

3. คุณสมบัติทั่วไป

- 3.1. เป็นถุงมือยางผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ชนิดเรียบนุ่มไม่ปราศจากเชื้อชนิดไม่มีแป้ง
- 3.2. ถุงมือแต่ละข้างไม่ฉีกขาดง่าย ไม่มีรูรั่วซึม
- 3.3. ปราศจากรอยตำหนิที่มีผลเสียต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศหรือมีสิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
- 3.4. สามารถสวมใส่ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา

4. คุณสมบัติเฉพาะ

- 4.1. ถุงมือเป็นชนิดผิวไม่เรียบ มีะบุนวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุระบุไว้ที่กล่องอย่างชัดเจน
- 4.2. ถุงมือมีความหนาสม่ำเสมอ ขอบถุงมือต้องไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน
- 4.3. เป็นถุงมือที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและปลอดภัยโดยไม่ทำให้เกิดอาการแพ้
- 4.4. ความยาวของถุงมือจากปลายนิ้วถึงปลายข้อมือมีความยาวไม่น้อยกว่า 220 มม. มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.08 มม.
- 4.5. คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงมือสำหรับการตรวจโรค พ.ศ. 2555 หรือถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว มอก.1056 หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ
- 4.6. ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน ออย. หรือมาตรฐานอื่นโดยมีเอกสารแสดงในวันพิจารณา
- 4.7. โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน GMP จากออย. หรือมาตรฐาน ISO 13485 (แสดงเอกสารในวันพิจารณา)
- 4.8. กล่องบรรจุทึบแสง สะอาด ห่อหุ้มมิดชิด สามารถคงสภาพตลอดอายุการใช้งานและป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาในสภาวะปกติ
- 4.9. ขนาดบรรจุจำนวน 100 ชิ้น/กล่อง กล่องที่บรรจุต้องมีฉลากโดยแสดงรายละเอียด ต่อไปนี้
 - 4.9.1. มีข้อความว่า ถุงมือ
 - 4.9.2. มีข้อความว่าชนิดไม่ปราศจากเชื้อ
 - 4.9.3. มีข้อความว่าไม่มีแป้ง




คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมราคาคือเภสัชภัณฑ์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ





บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำกัด

เลขที่ 9 ซอยเสนาณรงค์ 1 ซอย 42 แขวง 5


ถนนเสนาณรงค์ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 0-2570-3173 โทรสาร. 0-2942-3268

- 4.9.4. มีข้อความระบุขนาดของถุงมือชัดเจน
- 4.9.5. มีข้อความแสดงชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้าแล้วแต่กรณี ในกรณีเป็นผู้นำเข้าให้แสดงชื่อสถานที่ผลิต เมือง และประเทศที่ผลิตถุงมือสำหรับตรวจโรค
- 4.9.6. มีข้อความแสดงจำนวนถุงมือที่บรรจุ
- 4.9.7. มีข้อความแสดง เดือน ปี หรือ เดือนที่ผลิต และหมดอายุ
- 4.9.8. มีข้อความแสดงใช้ได้ครั้งเดียว
- 4.9.9. มีข้อความแสดง เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน ออย.

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1. เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (แสดงเอกสารในวันพิจารณา)
- 5.2. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์ LOT ใด มีปัญหาผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือ LOT นั้นทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมชดเชยผลิตภัณฑ์ LOT ใหม่ให้ทันเวลาตามความต้องการใช้งาน
- 5.3. กรณีที่ไม่รับแลกเปลี่ยน หรือแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วยังมีปัญหา ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญาพร้อมคิดค่าปรับและริบหลักประกันสัญญาได้
- 5.4. ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บและอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี จากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจเรียบร้อยแล้วแต่ลงวด
- 5.5. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างถุงมือทางการแพทย์สำหรับตรวจโรคไม่มีแบ่งชนิดใช้ครั้งเดียวเพื่อใช้ในการทดลองใช้ประกอบการพิจารณาตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หากไม่นำของตัวอย่างมาส่งหรือนำมาแต่ไม่ครบขนาดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาและถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันราคา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
- 5.6. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 กรณีผู้ขายได้รับคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90 คณะกรรมการจะไม่นำมาพิจารณาและให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์
- 5.7. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่าง ถุงมือ DISPOS แบบไม่มีแบ่ง (Size XS, S, M, L) Size ละ 5 กล่อง เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยส่งที่งานสอบราคา โรงพยาบาลนครปฐม




คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ





บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำกัด

เลขที่ 9 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แขวง 5

ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230


โทร. 0-2570-3173 โทรสาร. 0-2942-3268

ถุงมือ DISPOS แบบไม่มีแป้ง ยี่ห้อ ซาโตรี่ (SATORY) (กล่องสีน้ำตาล)

ขนาด XS, S, M, L


ถุงมือยางธรรมชาติ แบบไม่มีแป้ง

ผลิตภายใต้มาตรฐานยุโรป




✓ ปลอดภัยสำหรับอาหาร



 บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำกัด
100/23 หมู่ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230 โทร. 570-3173

[Handwritten signature]

 บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จำกัด
100/23 หมู่ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230 โทร. 570-3173

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... *[Signature]* ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... *[Signature]* กรรมการ



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 รายงานผลการทดสอบคุณภาพถุงมือสำหรับการตรวจโรค (examination gloves)
 ตามมาตรฐาน มอก.1056 เล่ม 1 - 2556

WS 04 00 009/1 Rev. no. 12-01/58 หน้า 2 ของ 4 หน้า





หมายเหตุทะเบียน 4050/50

หมายเลขวิเคราะห์ที่ 0459-000648 ชื่อตัวอย่าง ซาโครี่
 ชนิด ไม่ปราศจากเชื้อ ขนาด เล็กพิเศษ (XS)
 ลักษณะผิว ผิวไม่เรียบ ประเภท ที่ 1 ทำจากน้ำยางธรรมชาติ
 การห่อหุ้มหรือห่อหุ้ม ไม่มี การฉีกขาด มี สี ไม่เจือสี
 ลักษณะอื่นๆ รวมบรรจุกล่องกระดาษ ผลิตโดย บริษัท สยามแอมพอร์ไบค จำกัด จังหวัดสงขลา
 ใบอนุญาตเรื่องมือแพทย์ที่ อย. - วันที่ผลิต 122015
 ครั้งที่ผลิต 122015 04010801F วันที่รับ 122018
 ส่งโดย บริษัท สยามแอมพอร์ไบค จำกัด หนังสือมาถึงที่ - ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 สถานที่เก็บ - วันที่เก็บ -
 ขนาดรุ่นการผลิต - จำนวนที่บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง โดยน้ำหนัก จำนวนที่ได้รับ 300 ชิ้น วันที่รับตัวอย่าง 1 กุมภาพันธ์ 2559

วิธีทดสอบ	พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐานกำหนด	จำนวนที่ทดสอบ ชิ้น	เลขจำนวนชิ้นบกพร่อง			ค่ามัธยฐาน median	สรุป
				ยอมรับ	ไม่ยอมรับ	ตรวจพบ		
มอก.1056	ความกว้างฝ่ามือ (มิลลิเมตร)	≤ 80	13	1	2	0	77	ผ่าน
	ความยาว (มิลลิเมตร)	ค่าสุด 220		1	2	0	250	ผ่าน
	ความหนาชั้นเดียวที่ปลายนิ้วกลาง (มิลลิเมตร)	ค่าสุด 0.11 สำหรับผิวไม่เรียบ		1	2	0	0.121	ผ่าน
	ความหนาชั้นเดียวที่กึ่งกลางฝ่ามือ (มิลลิเมตร)	0.08 - 2.00 สำหรับผิวเรียบ		1	2	0	0.097	ผ่าน
	ความหนาของขอบถุงมือ (มิลลิเมตร)	สูงสุด 2.50		1	2	0	0.985	ผ่าน
มอก.1056	การรั่วซึมน้ำ	ต้องไม่รั่วซึม	200	10	11	1	-	ผ่าน
ISO 37	ก่อนบ่มร่าง, ทดสอบโดยใช้ชิ้นทดสอบรูปคิมบับลด์แบบที่ 2 (4 มิลลิเมตร), ใช้เกณฑ์หลังบ่มร่างสำหรับถุงมือที่ผลิตมานานกว่า 3 เดือน หรือไม่ทราบวันผลิต							
	- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ค่าสุด 7.0	15	1	2	0	9.9	ผ่าน
	- ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ค่าสุด 650		1	2	0	740	ผ่าน
ISO 188 ISO 37	หลังบ่มร่างที่ (70±/-2) C (168±/-2) ชั่วโมง, ทดสอบโดยใช้ชิ้นทดสอบรูปคิมบับลด์แบบที่ 2 (4 มิลลิเมตร)							
	- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ค่าสุด 6.0	13	1	2	0	8.2	ผ่าน
	- ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ค่าสุด 500		1	2	0	820	ผ่าน

หมายเหตุ ก) สภาวะการทดสอบ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) = 23.1, ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) = 51.6
 ข) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% - - (การวิเคราะห์การใด (ที่มีค่า) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจึงจะรายงาน)
 ค) ตัวอย่างนี้คือตัวอย่างที่กึ่งกลางฝ่ามือ


ลงชื่อ  ผู้รับรอง (นางสาวสุภาวรรณ จงธรรมวิวัฒน์) นักฟิสิกส์รังสี สำนักวิชาการ
 ลงชื่อ  ผู้รายงาน (นางสาววันเพ็ญ ดวงสว่าง) นักฟิสิกส์รังสี สำนักวิชาการ
 วันที่เริ่มทดสอบ 10 กุมภาพันธ์ 2559



ผ่านแล้วถูกต้อง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ





สำนักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รายงานผลการทดสอบคุณภาพถุงมือสำหรับตรวจโรค (examination gloves)
 ครอบคลุมมาตรฐาน มอก.1056 เดิม 1 - 2556




หมายเลขทะเบียน 4050/50

หมายเลขวิเคราะห์ที่ 0459-000649 ชื่อตัวอย่าง ซาโครี่
 ชนิด ไม้ปราศจากเชื้อ ขนาด เด็ก (S)
 ลักษณะผิว ผิวไม่เรียบ ประเภท ที่ 1 ทำจากน้ำยางธรรมชาติ
 การรื้อชิ้นหรือหึ่งบั้ง ไม้มี การฉีกขาด มี สี ไม้เจือสี
 ลักษณะอื่นๆ รวมบรรจุกล่องกระดาษ ฉลากพร้อมขาย
 ใบอนุญาตเครื่องมือนำเข้าที่อย. - ผลิตโดย บริษัท สยามเซมเพอร์เมต จำกัด จังหวัดสงขลา
 ครั้งที่ผลิต 122015 040108037 วันที่ผลิต 122015 หมดอายุ 122018
 ส่งโดย บริษัท สยามเซมเพอร์เมต จำกัด หนังสือนำส่งที่ - ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 ผลการเก็บ - วันที่เก็บ -
 ขนาดรุ่นการผลิต - จำนวนที่บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง โดยน้ำหนัก จำนวนที่ได้รับ 300 ชิ้น วันที่รับตัวอย่าง 1 กุมภาพันธ์ 2559

วิธีทดสอบ	พารามิเตอร์	ค่า	จำนวนที่ทดสอบ ชิ้น	ผลจำนวนชิ้นบกพร่อง			ค่ามัธยฐาน median	สรุป
				ยอมรับ	ไม่ยอมรับ	ตรวจพบ		
มอก.1056	ความกว้างฝ่ามือ (มิลลิเมตร)	80 +/- 10	13	1	2	0	84	ผ่าน
	ความยาว (มิลลิเมตร)	ค่าสุด 220		1	2	0	246	ผ่าน
	ความหนาชั้นเดียวที่ปลายนิ้วกลาง (มิลลิเมตร)	ค่าสุด 0.11 สำหรับผิวไม่เรียบ		1	2	0	0.128	ผ่าน
	ความหนาชั้นเดียวที่กึ่งกลางฝ่ามือ (มิลลิเมตร)	0.08 - 2.00 สำหรับผิวเรียบ		1	2	0	0.098	ผ่าน
	ความหนาของขอบถุงมือ (มิลลิเมตร)	สูงสุด 2.50		1	2	0	0.939	ผ่าน
มอก.1056	การรั่วซึมน้ำ	ต้องไม่รั่วซึม	200	10	11	0	-	ผ่าน
ISO 37	ก่อนบ่มแรง, ทดสอบโดยใช้ชิ้นทดสอบรูปคิมป์เบลล์แบบที่ 2 (4 มิลลิเมตร), ใต้เกณฑ์หลังบ่มแรงสำหรับถุงมือที่ผลิตมานานกว่า 7 เดือน หรือ ไม่ทราบวันผลิต		13					
	- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ค่าสุด 7.0		1	2	0	9.4	ผ่าน
	- ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ค่าสุด 650		1	2	0	710	ผ่าน
ISO 188	หลังบ่มแรงที่ (70+/-2) C (168+/-2) ชั่วโมง, ทดสอบโดยใช้ชิ้นทดสอบรูปคิมป์เบลล์แบบที่ 2 (4 มิลลิเมตร)		13					
ISO 37	- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ค่าสุด 6.0		1	2	0	8.9	ผ่าน
	- ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ค่าสุด 500		1	2	0	800	ผ่าน


หมายเหตุ ก) ผลจากการทดสอบ คุณภาพมี (องศาเซลเซียส) = 23.6, ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) = 51.8
 ข) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% = - [กรณีราชการใด (ที่มีค่า) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจึงจะรายงาน]
 ค) ตัวอย่างนี้ผิวเรียบที่กึ่งกลางฝ่ามือ

ลงชื่อ ผู้รับรอง (นางสาวสุภาวราล จงธรรมวัฒน์) นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 ลงชื่อ ผู้รายงาน (นางสาววิมล ดวงสว่าง) นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
 วันที่เริ่มทดสอบ 10 กุมภาพันธ์ 2559



ดำเนินการถูกต้อง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ





สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานผลการทดสอบคุณภาพถุงมือสำหรับการตรวจโรค (examination gloves)

ตามมาตรฐาน มอก.1056 เล่ม 1 - 2556



หมายเลขทะเบียน 4050/50

หมายเลขวิเคราะห์ที่ 0459-000650 ชื่อตัวอย่าง ขาโตรี

ชนิด ไม่ปราศจากเชื้อ

ขนาด กลาง (M)

ลักษณะผิว ผิวไม่เรียบ

ประเภท ที่ 1 ทำจากน้ำยางธรรมชาติ

การหล่อลิ้นหรือฟงแป็ง ไม่มี

การมีวนขอบ มี

สี

ไม่เจือสี

ลักษณะอื่นๆ รวมบรรจุกล่องกระดาษ 100 ชิ้น/กล่อง

ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่อย. -

ผลิตโดย บริษัท สยามเซมเทอรัลเมค จำกัด จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ผลิต 122015 04010805F

วันที่ผลิต 122015

หมดอายุ 122018

ส่งโดย บริษัท สยามเซมเทอรัลเมค จำกัด

หนังสือคำสั่งที่ - ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่เก็บ -

วันที่เก็บ -

ขนาดรุ่นการผลิต -

จำนวนที่บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง โดยน้ำหนัก จำนวนที่ได้รับ 300 ชิ้น

วันที่รับตัวอย่าง 1 กุมภาพันธ์ 2559

วิธีทดสอบ	พารามิเตอร์	ค่า	จำนวนที่ทดสอบ ชิ้น	เลขจำนวนที่บกพร่อง			ค่ามัธยฐาน median	สรุป
				ยอมรับ	ไม่ยอมรับ	ตรวจพบ		
มอก.1056	ความกว้างค้ำมือ (มิลลิเมตร)	95 +/- 10	13	1	2	0	97	ผ่าน
	ความยาว (มิลลิเมตร)	ค่าสุด 230		1	2	0	246	ผ่าน
	ความหนาชั้นเดียวที่ปลายนิ้วกลาง (มิลลิเมตร)	ค่าสุด 0.11 สำหรับผิวไม่เรียบ		1	2	1	0.113	ผ่าน
	ความหนาชั้นเดียวที่กึ่งกลางค้ำมือ (มิลลิเมตร)	0.08 - 2.00 สำหรับผิวเรียบ		1	2	0	0.097	ผ่าน
	ความหนาของขอบถุงมือ (มิลลิเมตร)	สูงสุด 2.50		1	2	0	0.964	ผ่าน
มอก.1056	การรั่วซึมน้ำ	ต้องไม่รั่วซึม	200	10	11	0	-	ผ่าน
ISO 37	ก่อนบ่มเร่ง, ทดสอบโดยใช้ชิ้นทดสอบรูปดรัมเบลแบบที่ 2 (4 มิลลิเมตร), ใช้เกณฑ์หลังบ่มเร่งสำหรับถุงมือที่ผลิตมานานกว่า 3 เดือน หรือไม่ทราบวันผลิต							
	- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ค่าสุด 7.0	13	1	2	0	10.2	ผ่าน
	- ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ค่าสุด 650		1	2	0	710	ผ่าน
ISO 188 ISO 37	หลังบ่มเร่งที่ (70 +/- 2) C (168 +/- 2) ชั่วโมง, ทดสอบโดยใช้ชิ้นทดสอบรูปดรัมเบลแบบที่ 2 (4 มิลลิเมตร)							
	- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ค่าสุด 6.0	13	1	2	0	8.8	ผ่าน
	- ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ค่าสุด 500		1	2	0	810	ผ่าน

หมายเหตุ ก) ผลภาวะการทดสอบ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) = 23.5, ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) = 50.9

ข) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% = - (กรณีรายการใด (ที่มีค่า) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจึงจะรายงาน)

ค) ตัวอย่างนี้คือตัวอย่างที่กึ่งกลางค้ำมือ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาวรรณ อจธรรมวัฒน์)

นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญกาพิเศษ

ผู้รับรอง



บริษัท แมกคา โปรดักชั่น จำกัด

10023 หมู่ 11 แขวงลาดพร้าว เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10230 โทร. 570-3173

CO., LTD.

ผู้รายงาน

(นางสาววันเพ็ญ ดวงสว่าง)

นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการ

วันที่เริ่มทดสอบ 11 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



บริษัท แมกคา โปรดักชั่น จำกัด

10023 หมู่ 11 แขวงลาดพร้าว เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10230 โทร. 570-3173

CO., LTD.



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
154 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10400

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายงานผลการทดสอบคุณภาพถุงมือสำหรับการตรวจโรค (examination gloves)
ตามมาตรฐาน มอก.1056 เล่ม 1 - 2556

WS 04 00 003/1

Rev.no. 12-01/58 หน้า 2 ของ 4 หน้า



หมายเลขทะเบียน 4050/50

หมายเลขวิเคราะห์ที่ 0459-000651 ชื่อตัวอย่าง ซาโครี

ชนิด ไม่ปราศจากเชื้อ

ขนาด ใหญ่ (L)

ลักษณะผิว ผิวไม่เรียบ

ประเภท ที่ 1 ทำจากน้ำยางธรรมชาติ

การหล่อลื่นหรือผงแป้ง ไม่มี

การมีนขอบ มี

สี ไม่เจือสี

ลักษณะอื่นๆ รวมบรรจุกล่องกระดาษ ฉลากพร้อมขาย

ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่ อย. -

ผลิตโดย บริษัท สยามชมเทอร์มอด จำกัด จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ผลิต 122015 04010807R

วันที่ผลิต 122015

หมดอายุ 122018

ส่งโดย บริษัท สยามชมเทอร์มอด จำกัด

หนังสืออ้างอิงที่ - ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่เก็บ -

วันที่เก็บ -

ขนาดรุ่นการผลิต -

จำนวนที่บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง โดยน้ำหนัก จำนวนที่ได้รับ 300 ชิ้น


วันที่รับตัวอย่าง 1 กุมภาพันธ์ 2559


วิธีทดสอบ	พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐานที่กำหนด	จำนวนที่ทดสอบ ชิ้น	เลขจำนวนชิ้นบกพร่อง			ค่ามัธยฐาน median	สรุป
				ยอมรับ	ไม่ยอมรับ	ตรวจพบ		
มอก.1056	ความกว้างฝ่ามือ (มิลลิเมตร)	110 +/- 10	13	1	2	0	106	ผ่าน
	ความยาว (มิลลิเมตร)	ค่าสุด 230		1	2	0	243	ผ่าน
	ความหนาชั้นเดียวที่ปลายนิ้วกลาง (มิลลิเมตร)	ค่าสุด 0.11 สำหรับผิวไม่เรียบ		1	2	0	0.121	ผ่าน
	ความหนาชั้นเดียวที่กึ่งกลางฝ่ามือ (มิลลิเมตร)	0.08 - 2.00 สำหรับผิวเรียบ		1	2	0	0.100	ผ่าน
	ความหนาของขอบถุงมือ (มิลลิเมตร)	สูงสุด 2.50		1	2	0	1.193	ผ่าน
มอก.1056	การรั่วซึม	ต้องไม่รั่วซึม	200	10	11	0	-	ผ่าน
ISO 37	ก่อนบ่มแรง, ทดสอบโดยใช้ชิ้นทดสอบรูปคัมเบสแลนเบบที่ 2 (4 มิลลิเมตร), ได้เกณฑ์หลังบ่มแรงสำหรับถุงมือที่ผลิตนานกว่า 3 เดือน หรือไม่ทราบวันผลิต							
	- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ค่าสุด 7.0	13	1	2	0	9.4	ผ่าน
	- ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ค่าสุด 650		1	2	0	720	ผ่าน
ISO 188	หลังบ่มแรงที่ (70 +/- 2) C (158 +/- 2) ชั่วโมง, ทดสอบโดยใช้ชิ้นทดสอบรูปคัมเบสแลนเบบที่ 2 (4 มิลลิเมตร)							
ISO 37	- แรงดึงเมื่อขาด (นิวตัน)	ค่าสุด 6.0	13	1	2	0	8.4	ผ่าน
	- ความยืดเมื่อขาด (ร้อยละ)	ค่าสุด 500		1	2	0	820	ผ่าน

หมายเหตุ ก) สภาวะการทดสอบ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) = 23.5, ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) = 51.4

ข) ค่าความไม่แน่นอนของการวัด ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% = - [กรณีรายการใด (ที่มีค่า) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจึงจะรายงาน]


ค) ตัวอย่างนี้คือตัวอย่างที่กึ่งกลางฝ่ามือ


ส่งชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสาวสุภาวธรรณ จงธรรมวัฒน์)
นักสถิติรังสีชำนาญการพิเศษ


ส่งชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาววันเพ็ญ - ดวงสว่าง)
นักสถิติรังสีชำนาญการ
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 570-3173


วันที่เริ่มทดสอบ 11 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ  กรรมการ

๓. ลงชื่อ  กรรมการ





แบบ บ.ส.ผ.1

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์

ใบจดทะเบียนที่ กท. สผ. 16/2562

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมี นางสาว นวรัตน์ อรุณพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ชื่อ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 110,109/2

ตรอก/ซอย ถนน กาญจนวนิช หมู่ที่ ตำบล/แขวง พะตุง อำเภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90230 โทรศัพท์ 0-7447-1471 สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 110,109/2

ตรอก/ซอย ถนน กาญจนวนิช หมู่ที่ ตำบล/แขวง พะตุง อำเภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90230 โทรศัพท์ 0-7447-1471 สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์แห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่

ตรอก/ซอย ถนน อำเภอ/เขต หมู่ที่ ตำบล/แขวง พะตุง รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

Gloves, Examination/Treatment UMDN_CODE 11882

โดยมีผู้ควบคุมการผลิตเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6(7) ดังนี้

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่

และให้ใช้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการนี้เท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

31 ธันวาคม บริษัท แมกคา โปรดักชั่น จำกัด 2562 11/11/2562 10230 โทร. 570-3173

คณะกรรมการพิจารณาและการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง

นางสาวกุดดี

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ บริษัท แมกคา โปรดักชั่น จำกัด เลขที่ 110230 โทร. 570-3173

บริษัท แมกคา โปรดักชั่น จำกัด 110230 หมู่ 11 แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 570-3173

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ดังนี้


1. อนุญาตให้เพิ่มพื้นที่ผลิตและเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ จากเลขที่ 110,109/2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230 โทรศัพท์ 0 7447 1471

เป็นเลขที่ 110,109/2,110/3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230 โทรศัพท์ 0 7447 1471

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่


24 ธ.ค. 2563

เป็นต้นไป



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวกัญติสุด



ใบอนุญาตที่ 3061-154/1056



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107562000106

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... อนุมัติสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... อนุมัติสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1056-2556

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 110

ต.รอก/ชอย

ถนน กาญจนวิชัย หมู่ที่ ตำบล/แขวง พะตัง อำเภอ/เขต ทาดใหญ่

จังหวัด สงขลา ทะเบียนโรงงานเลขที่ ส. 3 - 52 (4) - 1/32 สข


มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓



ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2562 พ.ศ.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท แมคคอง โปรดักส์ จำกัด

