

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติ ชนิดไม่สัมผัสลูกตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท บีบีเอส ไอเดีย จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท คาร์ล ไฮส์ส จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกิตติยา มหามงคล)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา) เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมินตรา ปลื้มจิตรชม)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัสลูกตา

๑. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องวัดความดันลูกตาโดยไม่ต้องสัมผัสลูกตา และวัดความหนากระจกตาผู้ป่วยโดยไม่ต้องสัมผัสลูกตา

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๒.๑ สามารถวัดความหนากระจกตาคนไข้โดยไม่ต้องสัมผัสตาคนไข้ด้วยเทคนิค Schiøtz
- ๒.๒ มีระบบป้องกันไม่ให้หัวพันลมนไปกระทบกับกระจกตาคนไข้และลมที่พ่นออกมามีความนุ่มนวลต่อดวงตาของคนไข้ (APC)
- ๒.๓ ระบบชดเชยค่าความดันตาโดยสัมพันธ์กับความหนากระจกตาคนไข้ เพื่อเพิ่มความถูกต้องมากขึ้นสำหรับคนไข้ที่มีการทำศัลยกรรมที่กระจกตา
- ๒.๔ สามารถวัดความดันตาได้สูงสุด ๖๐ mmHg
- ๒.๕ หน่วยของการวัดคือ mmHg
- ๒.๖ ระยะเวลาในการทำงานประมาณ ๑๑ mm
- ๒.๗ มีไฟส่องให้คนไข้มองจากภายใน (Inner Fixation Light)
- ๒.๘ มีระบบการติดตามตาคนไข้แบบสามมิติ (Auto tracking)
- ๒.๙ มีระบบการปล่อยลมแบบอัตโนมัติ
- ๒.๑๐ มีจอภาพสีแอลซีดีแบบปรับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๗ นิ้ว
- ๒.๑๑ มีเครื่องพิมพ์ผล มีระบบตัดกระดาษให้อัตโนมัติ Auto Cutter
- ๒.๑๒ การปรับระดับคนไข้ใช้ระบบ Motorized Chinrest

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน มีดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----|--|-------------|
| ๓.๑ | โต๊ะรองเครื่องปรับขึ้น - ลง ด้วยไฟฟ้า | จำนวน ๑ ตัว |
| ๓.๒ | เครื่องสำรองไฟ UPS with Stabilizer ขนาด ๑๐๐๐ VA. | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓.๓ | เก้าอี้สำหรับแพทย์ผู้ตรวจ | จำนวน ๑ ตัว |
| ๓.๔ | เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย | จำนวน ๑ ตัว |

/๔. เงื่อนไข...

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางกิตติยา มหามงคล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวมินตรา ปลั่งจิตรชม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ


(นายสุธีพงษ์ อ่อนมณี)

๔. เงื่อนไขเฉพาะ


- ๔.๑ มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ๔.๒ ผู้ขายยอมรับประกันการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากทำการซ่อมเสร็จล่าช้า ผู้ขายต้องจัดหาเครื่องที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีมาสำรองใช้ระหว่างการซ่อม
- ๔.๓ ผู้ขายต้องส่งผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์มาแนะนำการใช้งานเครื่อง จนกว่าแพทย์และเจ้าหน้าที่จะสามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นางกิตติยา มหามงคล)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวมินตรา ปลื้มจิตรชม)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายสุธีพงศ์ อ่อนมนี)