

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac Ultrasound) จำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ราคาชุดละ ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท พีทีทีเฮลท์แคร์ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท เมทต้า อีควิปเมนต์ จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*ณิชา*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*บุญเลิศ*.....กรรมการ

(นายบุญเลิศ ดวงนภาสิต)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*พรทิพย์ บุญกันทะ*.....กรรมการ

(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน
(Intravascular or Intracardiac Ultrasound)

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นสายสวนหัวใจ สำหรับตรวจความผิดปกติ ภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียง หรือคลื่นแสง ความถี่สูง
๒. ใช้สำหรับตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดโคโรนารีและหลอดเลือดส่วนปลาย ปลายสายสวนมีที่สามารถรับและส่งภาพไปแสดงผลที่เครื่อง Intravascular ultrasound
๓. Tip Catheter มีขนาด ๒.๔F ความยาว ๑๓๕ cm. ซึ่งสามารถเข้าถึงส่วนปลายสุดของหลอดเลือด และแสดงภาพหลอดเลือดขนาดเล็กได้ดี
๔. ส่วนปลายของ Catheter มีช่องเปิดกว้าง จึงใช้ภาพที่มีความชัดเจนสูง และมีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
๕. Catheter สามารถผ่าน และคดเคี้ยวไปยังตำแหน่งที่เป็นเป้าหมาย ในการวินิจฉัยได้ดี โดยใช้ลวดนำ (Guide Wire) ขนาด ๐.๐๑๔" หรือขนาดไม่เกิน ๐.๐๑๘ นิ้ว
๖. สามารถใช้ได้กับสายสวนหลอดเลือดนำทาง ๕ F Guiding compatible
๗. ขั้วสายสวนมีขนาดมาตรฐาน (Universal) สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Intravascular Ultrasound ได้
๘. ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุในซองปิดสนิท
๙. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งของ
๑๐. เป็นของใหม่จาก โรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน
๑๑. ได้รับการคุณภาพในด้านการผลิต และความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
๑๒. ขนาดบรรจุ ๑ ซอง ต่อ ๑ เส้น และบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๓. ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(น.ส.ธัญญทิพ บุญมงคล)
(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)
(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)