


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน ๑,๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๑๗..... กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ราคาเส้นละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ไบโอโนว่า จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ดีซีเอส ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาวฉัญญทิพ บุญมงคล)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลูน (SC PTCA Balloon)

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลูนโดยผ่านทางผิวหนังสู่หลอดเลือด
เพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นสายสวนที่มีบอลูนปลายสายใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี
2. อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) พร้อมใช้งานทันที และบอกวันหมดอายุ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวไว้

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นสายสวนหัวใจชนิดบอลูน แบบ Rapid Exchange
2. วัสดุที่ผลิตบอลูนมีคุณสมบัติเป็น Semi Compliance ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงไม่แตกง่าย และ
ผ่านเข้าสู่ตำแหน่งรอยโรคได้ดี
3. ทำจากวัสดุ Fulcrum หรือ Pebax
4. ส่วนปลายของบอลูน (Lesion Entry Profile) มีขนาดไม่มากกว่า 0.019 นิ้ว
5. บอลูนทุกขนาดมีเครื่องหมายที่บรังสี Platinum iridium หรือ Swaged บอกตำแหน่งของบอลูน
(Marker)
6. ตัวสายเคลือบด้วยสาร Hydrophilic (Hydrophilic Coating) ทำให้สามารถลื่นไหลเข้าเส้นเลือด
ได้ง่าย
7. เส้นผ่าศูนย์กลาง มีขนาดเล็ก 1.5 มิลลิเมตร และขนาดใหญ่ที่สุด ไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร
8. ความยาวของบอลูนใช้งานมีขนาด 10, 15, 20 และขนาดยาวที่สุด ไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร
9. สามารถทนแรงดัน (Rate burst pressure) ไม่น้อยกว่า 14 atm ในบอลูนขนาด 2.0 มิลลิเมตร
ขึ้นไป
10. สายสวนมีความยาวไม่น้อยกว่า 142 เซนติเมตร

คุณสมบัติอื่น ๆ

1. สินค้ามีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หน่วยบริการตรวจรับขึ้นต้นเพื่อเปิดใช้งาน
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย (Thai FDA)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(น.ส.ธัญญทิพ บุญมงคล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)