


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Cobalt Alloy จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..๑๗..กรกฎาคม ๒๕๖๖.....  
เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ราคาเส้นละ ๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท ทีเคเค ดีไวซ์ จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด
  - ๕.๓ บริษัท ดีซีเอส ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ  
(Drug-eluting Stent) ชนิดโลหะทำจาก Cobalt Alloy

**รายละเอียดสินค้า**

**๑. คุณลักษณะทั่วไป**

เป็นสายสวนหลอดเลือดที่มีบอลลูนนำขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) เพื่อค้ำยันหลอดเลือดโคโรนารี

**๒. คุณลักษณะเฉพาะ**

- ๒.๑ เป็นสายสวนหัวใจชนิดขดลวดเพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดติดสำเร็จบนบอลลูน (Rapid Exchange)
- ๒.๒ ขดลวดทำด้วยวัสดุโคบอลต์อัลลอยด์ (Cobalt alloy)
- ๒.๓ โพลีเมอร์ที่ใช้เคลือบบนขดลวดมีความปลอดภัยสูงเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อของร่างกาย (Biocompatibility)
- ๒.๔ มีการเคลือบยาต้านการตีบซ้ำบนผิวโพลีเมอร์ที่เคลือบบนขดลวด ชนิด Zotarolimus หรือ Everolimus ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการสร้างเซลล์ใหม่ และป้องกันการเกิดการตีบซ้ำ (Restenosis)
- ๒.๕ ขดลวดมีความหนา (Strut Thickness) ไม่มากกว่า ๐.๐๓๖ นิ้ว หรือ ๙๑ ไมครอน ทำให้มีคุณสมบัติที่สามารถใส่ผ่านเข้าสู่รอยโรคได้ดี
- ๒.๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด มีขนาดเล็กไม่มากกว่า ๒.๒๕ มิลลิเมตร และใหญ่ที่สุดไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร
- ๒.๗ ความยาวของขดลวด ขนาดสั้นที่สุดไม่มากกว่า ๘ มิลลิเมตร และขนาดยาวที่สุดไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร
- ๒.๘ ความยาวรวมของสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารีที่มีขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เซนติเมตร

**๓. เงื่อนไขทั่วไป**

- ๓.๑ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดปลอดเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) ที่ระบุวันหมดอายุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความยาวของขดลวดไว้ พร้อมใช้งานได้ทันที
- ๓.๒ ขดลวดมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่หน่วยบริการตรวจรับขั้นต้นเพื่อเปิดใช้งาน
- ๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (Thai FDA)

.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
(ลงชื่อ) ชัชชาติ ประธานกรรมการ

(น.ส.ชญญทิพ บุญมงคล)

(ลงชื่อ) บุญชัย กรรมการ

(นายบุญเลิศ ดวงนภาสุธิต)

(ลงชื่อ) ทวงษ์ มุกข์ทิพย์ กรรมการ

(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)