



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
โคโรนารี (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ราคาเส้นละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ



(นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี
(PTCA Guide Wire)

๑. คุณลักษณะการใช้งาน

เป็นเส้นลวดที่ใช้สำหรับสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี เคลือบสารที่ทำให้ลื่นที่ผิวภายนอก (Hydrophilic Coating) ผลิตจากวัสดุสแตนเลส คุณภาพดี ทนทาน และยืดหยุ่นสูง ลวดแกนกลางทำจาก ลวดสแตนเลสเส้นเดียว (One Piece Core Wire) และถูกเจียรในระดับที่ต่างกันที่ส่วนปลาย เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถส่งผ่านแรงไปยังส่วนปลายของขดลวดได้ดี รวมทั้งสามารถควบคุมทิศทางในการหมุนเข้าสู่หลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้น

๒. คุณลักษณะเฉพาะ


- ๒.๑ เส้นผ่าศูนย์กลางของภายนอก (Outer diameter) มีขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว
- ๒.๒ ความยาวสำหรับใช้งาน (Usable length) ๑๘๐ เซนติเมตร
- ๒.๓ ความแข็งแรงตรงส่วนปลายสุด (Tip Load) ๐.๘ กรัม
- ๒.๔ ความยาวของ Spring coil : ๒๐ เซนติเมตร
- ๒.๕ ส่วนปลายทำด้วยทองคำขาว สามารถมองเห็นขณะทำเอ็กซเรย์ (Tip Radiopacity) ๓ เซนติเมตร
- ๒.๖ เคลือบสารที่ทำให้ลื่นที่ผิวภายนอกด้วย Hydrophilic Coating


๓. คุณลักษณะทั่วไป


- ๓.๑ บรรจุในซองชนิดปลอดเชื้อโดยทำให้ปราศจากเชื้อโดยก๊าซเอทิลีนออกไซด์พร้อมใช้งานได้ทันที
- ๓.๒ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
- ๓.๓ ผลิตภัณท์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาประเทศไทย
- ๓.๔ มีอายุการใช้งาน ๒ ปี นับจากวันที่ผลิตเสร็จ

.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายบุญเลิศ ดวงนภาสิต)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)