

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Duct Occluder) พร้อมสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Delivery System for Duct Occluder) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖.....
เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท อุดม เมติคอล อีควิปเมนต์ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท โซโนมา เมติคอล จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต*.....กรรมการ

(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*นางพรทิพย์ บุญกันทะ*.....กรรมการ

(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Duct Occluder)

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด Patent Ductus Arteriosus (PDA Device)

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นวัสดุที่ผลิตจาก Nitinol (Nickel ๕๕% และ Titanium ๔๕%) ซึ่งเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติพิเศษในการจดจำรูปร่างที่กำหนดไว้ได้
- ๒.๒ วัสดุถูกเคลือบด้วย Platinum ที่มีความทนทานสูง สามารถเข้ากันได้กับร่างกายและช่วยป้องกันการแพ้สาร Nickel ได้
- ๒.๓ มีขนาดตั้งแต่ ๔/๖ มิลลิเมตร จนถึง ๑๘/๒๐ มิลลิเมตร
- ๒.๔ บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) พร้อมบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว และวันหมดอายุ
- ๒.๕ มีเอกสารแนะนำประกอบการใช้งานอย่างชัดเจน
- ๒.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข แห่งประเทศไทย

(ลงชื่อ).....*ธันว์ทิพย์*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญญทิพย์ บุญมงคล)

(ลงชื่อ).....*นายบุญเลิศ*.....กรรมการ
(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

(ลงชื่อ).....*นางพรทิพย์*.....กรรมการ
(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วใน
หลอดเลือด (Delivery system for Duct Occluder)

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ชุดอุปกรณ์มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบถ้วนไม่ต้องจัดหาแยกเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ในชุดประกอบด้วย Sheath, Dilator, Loader และ Valve เปิด-ปิด
- ๒.๒ ปลายของท่อนำทาง (Sheath tip) มีความโค้งงอ ๑๘๐ องศา และเป็นแบบที่บั้งสี่บอก ตำแหน่งปลายท่อกว้างจากภาพเอ็กซเรย์
- ๒.๓ ท่อนำ (Sheath) มีขนาดตั้งแต่ ๖ Fr. จนถึง ๙ Fr. ความยาว ๘๓.๒๐ เซนติเมตร วัสดุทำจาก (MDPE+PTFE)
- ๒.๔ Delivery Cable มีขนาด ๕ Fr. ความยาว ๑๒๕ เซนติเมตร และขนาด ๖ Fr. ความยาว ๑๑๗ เซนติเมตร วัสดุทำจาก (Stainless steel) ที่มีความแข็งแรง
- ๒.๕ บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) พร้อมบอกขนาด ความยาว และวันหมดอายุ
- ๒.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

(ลงชื่อ).....*นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล)

(ลงชื่อ).....*นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต*.....กรรมการ
(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

(ลงชื่อ).....*นางพรทิพย์ บุญกันทะ*.....กรรมการ
(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)