

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ (Septal Occluder) พร้อมสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ (Delivery System for Septal Occluder) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)
ราคาชุดละ ๖๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท อุดม เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท โซโนมา เมดิคอล จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*ประจักษ์*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*บุญเลิศ*.....กรรมการ

(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*พรทิพย์ บุญกันทะ*.....กรรมการ

(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังกันหัวใจห้องบน (Septal Occluder)

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังกันหัวใจห้องบน Atrial Septal Defects (ASD Device)

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นวัสดุที่ผลิตจาก Nitinol (Nickel ๕๕% และ Titanium ๔๕%) ซึ่งเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติพิเศษในการจดจำรูปร่างที่กำหนดไว้ได้
- ๒.๒ วัสดุถูกเคลือบด้วย Platinum ที่มีความหนาสูง สามารถเข้ากันได้กับร่างกาย และช่วยป้องกันการแพ้สาร Nickel ได้
- ๒.๓ มีขนาดตั้งแต่ ๘ มิลลิเมตร จนถึง ๔๒ มิลลิเมตร
- ๒.๔ บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) พร้อมบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว และวันหมดอายุ
- ๒.๕ มีเอกสารแนะนำประกอบการใช้งานอย่างชัดเจน
- ๒.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

(ลงชื่อ).....*สมหญิง*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล)

(ลงชื่อ).....*บุญเลิศ*.....กรรมการ
(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

(ลงชื่อ).....*พวงศิรินทร์ มุขศิริ*.....กรรมการ
(นางพริทธิย์ บุญกันทะ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่
ผนังกันหัวใจห้องบน (Delivery system for Septal Occluder)

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังกันหัวใจห้องบน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ชุดอุปกรณ์มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบถ้วนไม่ต้องจัดหาแยกเพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน ในชุดประกอบด้วย Sheath, Dilator, Loader, Valve เปิด-ปิด,
Side arm adapter และAdapter
- ๒.๒ ปลายของท่อนำทาง (Sheath tip) มีความโค้งงอ ๔๕ องศา และเป็นแบบที่บั้งสีบอก
ตำแหน่งปลายท่อจากภาพเอ็กซเรย์
- ๒.๓ ท่อนำ (Sheath) มีขนาดตั้งแต่ ๖ Fr. จนถึง ๘ Fr. ความยาว ๖๐ เซนติเมตร และขนาด
ตั้งแต่ ๙ Fr. จนถึง ๑๔ Fr. ความยาว ๗๘.๑๐ เซนติเมตร วัสดุทำจาก (MDPE+PTFE)
- ๒.๔ Delivery Cable มีขนาด ๕ Fr. ความยาว ๑๒๕ เซนติเมตร และขนาด ๖ Fr.
ความยาว ๑๑๗ เซนติเมตร วัสดุทำจาก (Stainless steel) ที่มีความแข็งแรง
- ๒.๕ บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterilization) พร้อมบอกขนาด ความยาว
และวันหมดอายุ
- ๒.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

(ลงชื่อ).....*ฝดณณ*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญญทิพ บุญมงคล)

(ลงชื่อ).....*บุญเลิศ*.....กรรมการ
(นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต)

(ลงชื่อ).....*พรทิพย์ บุญกันทะ*.....กรรมการ
(นางพรทิพย์ บุญกันทะ)