


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) จำนวน ๘๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ราคาชิ้นละ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ดีเคเค ดีไวส์ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท แอ็บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ


(นายปฐมพน เอกรัตน์)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ อัดตสิริลักษณ์)

นายแพทย์ ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นายชินะภูมิ วุฒิวณิชย์)

นายแพทย์ ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นขอบลิ้นหัวใจเทียมที่ใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจเดิมของผู้ป่วยที่พิการหรือผิดปกติ ซึ่งต้องเป็นขอบลิ้นหัวใจเทียมที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับขอบลิ้นหัวใจธรรมชาติ (Annulus) ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติในชีวิตประจำวัน

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ เป็นขอบลิ้นหัวใจเทียมใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจในตำแหน่ง ไมทรัล (Mitral) ที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับขอบลิ้นหัวใจธรรมชาติ (Annulus) มากที่สุด

๒.๒ ขอบลิ้นหัวใจเทียมมีขนาดให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นขอบลิ้นหัวใจเทียม ใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจตำแหน่งไมทรัล

๓.๒ ทำมาจากวัสดุโลหะไทเทเนียม ด้านนอกหุ้มด้วยโพลีเอสเตอร์ สามารถมองเห็นตำแหน่งของขอบลิ้นหัวใจเทียมเมื่อฉายรังสี (X-Ray)

๓.๓ บริเวณขอบลิ้นหัวใจเทียมมีจุดบอกตำแหน่งสำหรับเย็บ เพื่อช่วยจัดวางตำแหน่งของขอบลิ้นหัวใจเทียมที่เหมาะสม


๓.๔ ขอบลิ้นเทียมได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบสามมิติ เพื่อให้แนบตามลักษณะกายภาพของลิ้นหัวใจธรรมชาติของผู้ป่วย และเป็นแบบเต็มวง (Complete Ring)

๓.๕ บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปลอดเชื้อโรคผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดออกใช้งานได้ทันที


๓.๖ ปลอดภัยต่อการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

/๔. เงื่อนไขเฉพาะ...

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายปฐมพนธ์ เอกรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ อัดตสิริลักษณ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชินะภูมิ วุฒิวณิชย์)

๔. เงื่อนไขเฉพาะ


- ๔.๑ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่ยอมรับทางการแพทย์ ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องแนบมาพร้อมเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๔.๒ ได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ต้องแนบมาพร้อมเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๔.๓ ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บโดยปราศจากเชื้อ เมื่อส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี

.....


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายปฐมพนธ์ เอกรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ อัดตสิริลักษณ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชินะภูมิ วุฒิวิณิชย์)