


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบกำจัดไอระเหยสารเคมี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๒๒. มกราคม ๒๕๖๗.....
เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท นิว เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรโน เคมีคอล
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวบุณทริกา จุนถาวร)

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางกาญจนา จงเชิดชูแดน)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะตัดชิ้นเนื้อและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบกำจัดไอระเหยสารเคมี

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นโต๊ะสำหรับตัดชิ้นเนื้อเพื่องานด้านพยาธิวิทยาพร้อมระบบดูดไอระเหยสารเคมี

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑. โต๊ะตัดชิ้นเนื้อทำด้วยวัสดุสแตนเลสสตีล เกรด ๓๐๔

๒.๒. โต๊ะตัดชิ้นเนื้อมีลักษณะเป็นแบบติดผนัง

๒.๓. โต๊ะตัดชิ้นเนื้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๐ x ๘๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) จำนวน ๒ ชุด

๓. ส่วนพื้นที่ใช้งาน

๓.๑. มีชิงค์น้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๕๐ x ๓๐ เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)

๓.๒. บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเหลาดไปยังชิงค์น้ำเพื่อให้น้ำไหลไปยังท่อระบายน้ำเสีย

๓.๓. มีระบบไฟส่องสว่างแบบฟลูออเรสเซนต์ จำนวน ๔ ชุด สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน

๓.๔. มีก๊อมน้ำแบบก้านปิดสำหรับชิงค์น้ำ จำนวน ๒ ชุด พร้อมสายฉีดล้างแบบมือกด (Hand Spray) ยาว ๑.๒ เมตร สำหรับฉีดล้างพื้นที่ปฏิบัติงาน

๓.๕. มีพื้นที่ด้านล่างสามารถนั่งปฏิบัติงานได้สะดวกและมีลิ้นชักใส่อุปกรณ์

๓.๖. มีแถบแม่เหล็กสำหรับแขวนมีดและกรรไกร จำนวน ๒ ชุด

๓.๗. มีพื้นที่สำหรับตัดชิ้นเนื้อ ๒ ข้าง พร้อมเขียงสำหรับตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๔ ชุด

๓.๘. มีชั้นวางอุปกรณ์อยู่ด้านในของตัวโต๊ะตัดเนื้อ

๓.๙. มี Grid Plate ไม่น้อยกว่า ๔ แผ่น สำหรับรองเขียงตัดเนื้อสามารถถอดออกล้างทำความสะอาดได้

๓.๑๐. มีฟิวเตอร์แบบคาร์บอนฟิวเตอร์ สำหรับกรองกลิ่นฟอร์มาลิน ๑ ชุด

๓.๑๑. มีระบบเครื่องดูดกลิ่นแบบรวดเร็วพร้อมฆ่าเชื้อและกรองกลิ่น CAF (Clean air flow) ช่วยเร่งระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคารพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี จำนวน ๑ ชุด และมีเอกสารรับรองอนุสิทธิบัตรของตัวเครื่องดูดกลิ่น มายืนยันแสดงพร้อมในวันเสนอราคา


๓.๑๒. ด้านข้างของตัวโต๊ะทำด้วยสแตนเลสสตีลและมีอุปกรณ์สำหรับยึดติดกล้องถ่ายภาพชิ้นเนื้อ (Macro path) จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งอยู่ในตัวโต๊ะ

/๓.๑๓ มีน้ำยา...

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(น.ส.บุณพริกา จุนถาวร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางกาญจนา จงเชิดชูแดน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุธิพงศ์ อ่อนมณี)

- ๓.๑๓. มีน้ำยา Sani path ที่ผ่านมาตรฐาน OSHA's Pathogens standard สำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติการ จำนวน ๒ ขวด พร้อมมีเอกสารเป็นตัวแทนจำหน่าย
- ๓.๑๔. มี Blower สำหรับดูดไอสารเคมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้าพร้อมเดินท่อดูดอากาศต่อออกนอกอาคาร
- ๓.๑๕. ตัวโตะตัดชิ้นเนื้อเคลือบด้วยสารเคลือบ G Power แบบ Silica coating ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วน, ป้องกันการเกิดรอยต่างจากคราบสนิมและป้องกันแบคทีเรียต่างๆ ได้ มีเอกสารผ่านการทดสอบของสารเคลือบ G power แบบ Silica coating และมีเอกสารรับรองตัวแทนจำหน่าย

๔. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

- ๔.๑. คาร์บอนฟิวเตอร์ ๘ ชุด
- ๔.๒. แก้อับริบระดับ ๔ ตัว

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้ขายต้องรับรองว่าเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ ผู้ขายยอมรับประกันการชำรุดบกพร่อง หรือขีดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดการชำรุดบกพร่องหรือขีดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากทำการซ่อมเสร็จล่าช้า ผู้ขายต้องจัดหาเครื่องที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีมาสำรองใช้ระหว่างการซ่อม
- ๕.๓ ผู้ขายต้องเชื่อมต่อระบบน้ำดี-น้ำเสียของทางโรงพยาบาลกับโตะตัดเนื้อจนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- ๕.๔ โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(น.ส.บุณทริกา จุนถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกาญจนา จงเชิดชูแดน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)